



آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

اصفهان - بزرگراه خیام تقاطع جهاد (صارمیه) نبش کوچه ۵۷

تلفن ۲۸۲۵ ۳۲۳۵ و ۱۳۸۶ ۳۲۳۳ (۰۳۱)

www.lab-danesh.ir

Email ; labdanesh@yahoo.com



معیارهای رد نمونه

در غربالگری سندرم داون (برنامه جدید)

- ✓ مقدار CRL گزارش شده در برگه سونوگرافی در سه ماه اول بارداری، خارج از محدوده ۸۴-۴۵ میلی متر.
- ✓ مراجعه مادر یا ارجاع نمونه، خارج از محدوده زمانی مشخص شده بارداری (۱۱ تا ۱۳ هفته و ۶ روز برای سه ماه اول و ۱۵-۱۷ هفته برای سه ماه دوم بارداری)
- ✓ ناقص بودن اطلاعات برگه سونوگرافی
- ✓ عدم رعایت زنجیره سرد به هنگام انتقال نمونه ها (بالا رفتن دما به سرعت موجب نا معتبر شدن نتایج تست Free β HCG می شود).
- ✓ نگهداری سرم بیش از یک هفته در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد
- ✓ عدم انطباق حجم نمونه با حجم مورد نیاز مندرج در دستورالعمل نمونه گیری (حداقل حجم نمونه در مرحله اول ۵ سی سی و مرحله دوم ۱۰ سی سی می باشد).
- ✓ وجود همولیز واضح
- ✓ نمونه لیپمیک
- ✓ جمع آوری نمونه در لوله دارای ضد انعقاد
- ✓ عدم هم خوانی اطلاعات برگه همراه با مشخصات برجسب و کد نمونه، و یا ناکامل بودن مشخصات ذکر شده در برگه اطلاعات
- ✓ مخدوش بودن مشخصات برجسب نمونه
- ✓ شکستگی یا نشستی در ظرف حاوی نمونه